

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı :Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Doğrudan Temin Numarası :24DT1577255
Malın Adı :Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı

Sıra No	A			B		İstekli Bilgileri
	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)	
1	Elastik Bandaj (6 cm)	adet	50			
2	Elastik Bandaj (8 cm)	adet	50			
3	Elastik Bandaj (10 cm)	adet	50			
4	Elastik Bandaj (12 cm)	adet	50			
5	Elastik Bandaj (15 cm)	adet	50			
6	Elastik Bandaj (20 cm)	adet	50			
7	Lateks Eldiven	kutu	1			
8	Pamuk Rulo	adet	1			
9	Steril Gazlı Bez (Tekli Paketler 30x80 cm)	adet	500			
10	Yara Bandı	koli	5			
11	İpek Flaster (5x5 cm)	adet	1			
12	İpek Flaster (5x2,5 cm)	adet	1			
13	İpek Flaster (5x10 cm)	adet	1			
14	Sargı Bezi	adet	15			
15	Bez Flaster (5x5 cm)	adet	2			
16	Soğuk Kompres	adet	300			
17	Tek Kullanımlık Nitril Eldiven	kutu	5			
18	El Tipi Aneroid Tansiyon Aleti	adet	1			
19	Accu-Chek Active Strip	kutu	1			
20	Acil Müdahale Çantası	adet	1			
21	Yara Pedi	adet	10			
22	Boyunluk	adet	1			
23	Yetişkin Manuel Suni Solunum Cihazı	adet	1			
24	Üçgen Sargı Bezi	adet	3			
25	Bilekten Ölçen Tansiyon Aleti	adet	1			
26	Maske	kutu	3			
27	Abeslang Tahta (Dil Basacağı)	kutu	2			
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)						

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER:

POSTA	Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi) İzmir Yolu 8.Km Merkez/UŞAK
E-POSTA	satinalmasks@usak.edu.tr
TEL-FAX	0276 221 22 09 (1435) - 0276 221 22 10 (Fax)
ELDEN	Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi) İZMİR Yolu 8.Km Merkez/UŞAK
AYRINTILI BİLGİ İÇİN	Bilgisayar İşletmeni Dilek Nilüfer ERDOĞAN

NOT:

- 1- Teklifler Türk Lirası (TL) cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.
- 2-Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır. Kaşeli ve imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 3-Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
- 4-Nakliye, hamaliye, işçilik, montaj vb. giderler yükleniciye aittir.
- 5-Mal/hizmetlerin tamamına teklif esastır.
- 6-Hizmet içeren mal/hizmet alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
- 7-İdare mal/hizmet alımını gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.
- 8-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.
- 9-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
- 10-Teklif verme süresi 21/11/2024 Perşembe günü saat 14:00'a kadardır. Teklif verme süresi içerisinde gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 11-Teklifler elden, posta, e-posta ve fax ile gönderilebilecektir. Postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.
- 12-Tekliflerin Birim fiyat teklif cetveline uygun olmaması halinde verilen teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 13-Mal/malzemeler siparişe müteakip 10 gün içerisinde Üniversitemiz Ömer Halisdemir Spor Tesisine teslim edilecektir.**
- 14-Üniversitemiz e-fatura mükellefidir. Yüklenici firmalardan e-fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak keseceklerdir.

TIBBİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) ELASTİK BANDA (6-8-10-12-15-20 cm) (50'şer Adet)

- Kırık çıkık ve burkulmaların sabitlenmesinde.
- Yumuşak doku traksiyonlarında.
- Adale yırtılmalarında ve lif kopmalarında.
- Sportif travmalarda sabitleyici olarak kullanılmalıdır.

2) LATEKS ELDİVEN (1 KUTU- BEDEN:M)

- Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- Alerjik olmamalıdır.
- Kolay yırtılır ve kolay kopar olmamalıdır.
- Ambalajı kolay açılır ve açma noktası olmalıdır.
- Kolay giyilebilir olması için alerjik olmamalıdır.
- Beyaz renkli olmalıdır.
- Yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
- En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

3) PAMUK RULO(1 Adet)

- Hidrofil rulo pamuk 1kg nonsteril olmalıdır.

4) STERİL GAZLI BEZ TEKLİ PAKETLER 30x80 (500 Adet)

- Steril gazlı bez pansuman malzemesi ve çok amaçlı olarak farklı uygulamalarda da kullanılmalıdır.
- Gama ışıkları ile steril edilmelidir.
- 20 tel olmalıdır.
- Ürün steril paketlerde satışa sunulmalıdır.
- Yüksek emici özelliğiyle olup hidrofil gazlı bezden imal edilmelidir.

5) YARA BANDI (5 Koli)

- Steril yapışkanlı, hipoallerjenik ve hava geçirgen olmalıdır.
- Yaraya yapışmaz,sızıntıyı absorbe etmelidir.
- 10'luk kutularda sunulmalıdır.
- 200 koli içi adet olmalıdır.

- 10'luk kutularda sunulmalıdır.
- 200 koli içi adet olmalıdır.

6) İPEK FLASTER(5x5 - 5x2,5 - 5x10 cm) (1er Adet)

- Kateter, Kanül, Yara Pedleri, Kompresler gibi tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılmalıdır.
- Burkulma ve zorlanmalarda hareket önleyici görev yapmalı, Hassas ciltler için kullanılabilmelidir.
- Uzun süre sabitleyebilen güçlü yapışkana sahip olmalıdır.
- Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmamalıdır.
- Enine el ile düzgün yırtılabilir.
- Hava geçirgen özellikte olmalı ve cildin hava almasını sağlamalıdır.

7) SARGI BEZİ(15 adet)

- 10cmx10m boyutunda olmalıdır.
- Sargı bezi pansuman malzemesini yara üzerinde tutmaya ve sabitlemeye uygun olmalıdır.
- Yaralı bölgede gerektiğinde basınç uygulamaya ve bölgenin hareketini azaltmada kullanılabilir olmalıdır.
- Her iki tarafı örgülü olarak üretilmiş olmalıdır.

8) BEZ FLASTER (5x5 cm) (2Adet)

Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılmalıdır.

Burkulma ve zorlanmalarda hareket önleyici görev yapabilme özelliğinde olmalıdır.

- %100 pamuklu dokumadan yapılmalıdır.
- Uzun süre sabitleyebilen güçlü yapışkana sahip olmalıdır.
- Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmamalıdır.
- Enine el ile düzgün yırtılabilir.
- Hava geçirgendir, cildin hava almasını sağlamalıdır.
- X-Ray geçirgendir, plaster ile röntgen çekimine uygun olmalıdır.
-

9) SOĞUK KOMPRES (ANINDA COLD PACK) (300 Adet)

- Saniyede soğuk kompres(cold pack) özellikte olmalıdır.
- Paket üstten sıkıldığında kendiliğinden soğuyacak özellikte olmalıdır.

10)TEK KULLANIMLIK NİTRİL ELDİVEN(M beden)(5 kutu)

- Mor Nitril den üretilmiş Non Steril eldiven olmalıdır.
- Tek kullanımlık pudrasız nitril eldiven uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır.
- Hassasiyet ve koruma gerektiren işlerde kullanılma özelliğinde olmalıdır.

Handwritten signature

- Laboratuvar analizleri, acil sađlık hizmetleri, gıda iřlemleri, kimya endüstrisi, temizlik vb. iřler için uygun olmalıdır.
- Bir çok kimyasal ile çalışmaya olanak sağlamalıdır.
- Alerji riski minimum olan nitril eldiven olmalıdır.
- Elastik yapısı sayesinde, her iki elinizde uygun olmalıdır.
- Geliřmiř el becerisi ve konfor sunmalıdır.

11)EL TİPİ ANEROİD TANSİYON ALETİ (1 ADET)

- Alet avuç içinde kullanılabilir bir tipte dizayn edilmiř olmalıdır.
- Aletin manometre haznesi, gövdesi ve puar kařığı nikel kaplama ve kromajlı olmalıdır.
- Aletin manometre gövdesi ile puar kařığı tek parça olmalı ve puarın manometreye giriřinde metal bir filtre (süzgeç) yer almalıdır.
- Aletin manometre kadran iğnesi, manometre haznesinin içi açılmadan, alet ile birlikte verilen ince bir ayar tornavidası ile dışarıdan hassas bir şekilde sıfıra ayarlanabilmeli ve hava verilirken titremeyecek bir yapıda olmalıdır.
- Aletin manometre çapı en az 48 mm, kadran üzerindeki rakamlar okunabilir ve ölçüm aralıđı 0 ile 300 mmHg arasında olmalıdır.
- Aletin manometresinde, düşük basınçla çalışabilmesi için iki yumuřak hortumlu, membran teknolojisi ile imal edilmiř olmalıdır. Böylece birinci hortum puardan aldıđı havayı kaf kesesine vermeli, ikinci hortum ise kesedeki havayı manometreye taşıyıp düşük basınçla manometreyi çalıştırarak manometrenin uzun ömürlü olmasını sağlamalıdır.
- Aletin hava musluđu bir vida ile sabitlenmiř olmalı ve bu sayede kullanım esnasında musluk sonuna kadar gevřetirse dahi yerinden çıkmamalıdır.
- Aletin manřet dış bezi dayanıklı kumařtan yapılmıř ve kancalı tipte olmalıdır.
- Manřet dış bez ölçüleri 49×14 cm (+/- 1 cm) olmalı ve steteskop giriř yerini gösteren bir iřaret bulunmalıdır.
- Manřet iç lastik ölçüleri 12X24.5 cm (+/- 1 cm) olmalıdır.
- Manřet iç lastiđi, puar ve hortumları vulkanize kauçuktan imal edilmiř olmalı, hava verilmesi esnasında derhal řiřmeli ve gevřememelidir.
- Aletin hava hortumlarının, gövdeye bađlantısı luer kilitli tip konnektörler ile yapılmalıdır.
- Alet, dayanıklı suni deriden yapılmıř, üzerinde markası bulunan çantası ile birlikte verilmelidir.
- Alet, orijinal karton kutusu içerisinde verilmeli, kutu üzerinde marka ve modeli ile üretici ve ithalatçı firması yazılı olmalıdır.
- Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.
- Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karřı en az iki (2) yıl garanti kapsamında olmalıdır.

Handwritten signature

- Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliđi, vücuda yerleřtirilebilir aktif cihaz yönetmeliđi, vücut dıřında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliđi kapsamında tıbbi cihaz satıř, reklam ve tanıtım yönetmeliđi geređince satıř merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

12) ACCU-CHEK ACTIVE STRİP (1 kutu)

- Kan řekeri ölçümü ve bireysel kullanım için uygun olmalıdır.
- Accu-Chek Active cihazı ile birlikte kullanılmalıdır.

13) ACİL MÜDAHALE ÇANTASI (1 ADET)

- 54 x 36 x 27 cm (±2 cm) ölçülerinde olmalıdır.
- Çanta kırmızı, mavi veya turuncu renkte olmalıdır. istenildiđinde aynı alımda farklı renkler talep edilebilmelidir.
- Acil Müdahale Çantası fonksiyonel olmalı, gövde üzerinde 5 adet dıř cep bulunmalıdır. Ceplerin 4'ü yanlarda, 1'i kapađın üstünde olmalıdır.
- Yan cepler reflektör řerit ile çevrelenmiř olmalıdır.
- Cepler fitil ile çevrelenmiř olmalıdır.
- Büyük cep üzerinde 30 x 4 cm uzunluđuunda cırtlı bant olmalıdır. Kurum adı buraya yapıřtırılabilmelidir.
- Kapak cebinin üzerinde fermuarlı řeffaf dosya- evrak bölmesi olmalıdır.
- Çanta içinde muhafaza edilen malzemeleri korumak için darbe emici malzeme kullanılmıř olunmalıdır.
- Cırtlı seperatörler ile çanta içi bölünebilmelidir.
- Çanta elde ve omuzda tařımaya uygun olmalıdır.
- Ürün CE belgeli olmalıdır.

14) YARA PEDİ (10 adet)

- Kendinden yapıřkanlı olmalıdır.
- 5 çarpı 7.5 ebatında olmalıdır.
- Ortasındaki emici pedi yaraya yapıřmamalıdır.
- Emici pedi yaraya yapıřmamalıdır.
- Gözenekli yapıda cildin hava almasına izin verecek řekilde olmalıdır.
- Esnek yapılı olmalıdır.
- Tek tek ambalajlı olmalıdır.

15)BOYUNLUK(1 Adet)

- Yetişkin tip ve tek parça dış kısmı polietilen yapıda olmalıdır.
- Servikal bölge anatomisine,ilkyardım prensiplerine uygun olmalıdır.
- Yetişkin kişilerde farklı boy ve kilodaki hastalara uygun özellikte olmalıdır.
- Boyunluğun kurulması için iki ucun birleşim yerinde yapışkanlı bir birleştirme etiketi bulunmalıdır ve boyun kalınlığına göre ayarlanabilmelidir.
- Boyunluğun tüm iç yüzeyinde yumuşak kaplama olmalıdır.
- Sağlamlaştırılmış materyalden çene desteği olmalıdır.

16)YETİŞKİN MANUEL SUNİ SOLUNUM CİHAZI(1 Adet)

- Pulmoner resusitasyonu için tasarlanmış olmalıdır.
- Sürekli oksijen kaynağı ve ventilasyon desteği olarak kullanıma uygun olmalıdır.
- Zor solunum yapan yada solunumu durmuş hastalara manuel olarak uygulanabilir özellikte olmalıdır.
- Yetişkin boy ambu balonu olmalıdır.
- 2000mililitre rezervuar torbası olmalıdır.
- Tekrar kullanılabilir olmalıdır.
- Silikon hammaddeden olmalıdır.
- Yetişkin tipi iki adet silikon maskesi olmalıdır.

17)ÜÇGEN SARGI BEZİ(3Adet)

- Acil ilkyardım müdahalelerinde kullanılabilir olmalıdır.
- Kol kırıkları,burkulma,çıkık ve yaralanmalarda üçgen sargı ile tespit edilerek askıya alınmaya uygun olmalıdır.
- Ürün ebatı 91,5cm *91,5cm*91,5cm olmalıdır.
- Lateks içermemelidir.
- Tek kullanımlık olmalıdır.
- Cilde zarar vermemelidir.
-

Handwritten signature

18)BİLEKTEN ÖLÇEN TANSİYON ALETİ (1 ADET)

- Tam otomatik bilekten ölçer özellikte olmalıdır.
- 28 Kayıt kapasiteli hafızaya sahip olmalıdır.
- Fuzzy logic ölçüm sisteminde olmalıdır.
- Ekonomik kullanım sağlamalıdır.

19) Maske (3 kutu)

- Yüz kıvrımlarına uygun olmalıdır.
- Burun üzerinde ayarlanabilir ince tel olmalıdır.
- Diğer bölümü çeneye kadar örtmelidir.
- Burun üstü teli izole edilmiş ve yumuşak olmalıdır, batarak rahatsız etmemelidir, delip çıkarak kazalara neden olmamalıdır, iz bırakmayan ve sıkmayan tipte olmalıdır.
- Yırtılmaya dayanıklı olmalıdır.
- Bakterilere, virüslere ve mikoskobik partiküllere karşı koruma sağlar özellikte olmalıdır.
- Maske kanallannda boşluk olmamalıdır.
- Ağız ve burnu tümüyle kaplamalıdır.
- Rahat nefes alınabilmelidir.Böylelikle nemin tek noktada yoğunlaşmamasına mani olacak yapıya sahip olmalı ve terletmemelidir.
- Rahatsız edici kokusu olmamalıdır.
- Hipoallerjik olmalı, cam elyaf, lateks ve fiberglas içermemelidir.
- Mavi veya beyaz renkte olmalıdır
- Lastikleri sağlam/kopmayan şekilde yeni nesil lycra kumaş olmalıdır.
- Lastik uzunlukları eşit olmalı, uzunluğu en az 18 cm, en fazla 22cm, lastik eni en az 1.5cm olmalıdır.
- Maskeler orijinal kutularda 50 adet olmalıdır.
- Koli içi 50 paketli olmalı, Kutu ölçüleri 20 cm uzunluk, 10 cm en ve 10 cm yüksekliğinde olmalıdır.
- Sağlık Bakanlığı ürün takip sistemine kayıtlı ve ürün standart ve yönetmeliklerine uygun, TS EN 14683 standardına ve CE işaretine sahip olmalıdır.

20) ABESLANG TAHTA (DİL BASACAĞI) (2 KUTU)

- Tek kullanımlık olmalıdır.
- Tahta olmalı, yanları ve yüzeyi pürüzsüz, tırtıksız, kokusuz ve temiz olmalıdır.
- Uç kısımları oval olmalıdır.
- Ağız ve boğaz muayenesinde kullanılmaya elverişli olmalıdır.
- Yüzeyleri tahriş ve yaralanmaya neden olmayacak düzgünlükte olmalıdır.
- Kullanırken kolay kırılmayan, çatlamayan malzemeden yapılmış olmalıdır
- Uzunluk, cm ± 1 15 x Genişlik, cm $\pm 0,5$ 1.8 x Kalınlık, mm $\pm 0,3$ 1.5 En az 50 en fazla 200'lük ambalajlarda bulunmalıdır.
- Her kutu güvenli depolama şartlarına haiz olacak şekilde suya ve neme dayanıklı paketlenmiş olmalıdır.

Atma