

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı :UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - SAĞLIK KÜLTÜR
VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Doğrudan Temin Numarası :26DT563498
Malın Adı :Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı

Sıra No	A			B	
	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
1	Elastik Bandaj (6 cm)	adet	10		
2	Elastik Bandaj (8 cm)	adet	10		
3	Elastik Bandaj (10 cm)	adet	10		
4	Elastik Bandaj 12 cm)	adet	10		
5	Elastik Bandaj (15 cm)	adet	10		
6	Elastik Bandaj (20 cm)	adet	10		
7	Steril Gazlı Bez Tekli Paketler (30*80 cm)	adet	500		
8	İpek Flaster (5*5 cm)	adet	1		
9	İpek Flaster (5*2,5 cm)	adet	1		
10	İpek Flaster (5*10 cm)	adet	1		
11	Sargı Bezi	adet	20		
12	Soğuk Kompres (Anında Cold Pack)	adet	300		
13	Tek Kullanımlık Nitril Eldiven (M beden)	kutu	30		
14	Yara Pedi	adet	20		
15	Üçgen Sargı Bezi	adet	15		
16	Abeslang Tahta (Dil Basacağı)	kutu	3		
17	Kinesio Bant	adet	20		
18	Enjektör (5 cc)	kutu	1		
19	Enjektör (10 cc)	kutu	1		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER:

POSTA	Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi) İzmir Yolu 8.Km Merkez/UŞAK
E-POSTA	satinalmasks@usak.edu.tr
TEL-FAX	0276 221 22 09 (1410) - 0276 221 22 10 (Fax)
ELDEN	Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi) İZMİR Yolu 8.Km Merkez/UŞAK
AYRINTILI BİLGİ İÇİN	Büro Personeli Mikail KARGILI

NOT:

1- Teklifler Türk Lirası (TL) cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.

21

- 2- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır. Kaşeli ve imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 3- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
- 4- Nakliye, hamaliye, işçilik, montaj vb. giderler yükleniciye aittir.
- 5- Mal/hizmetlerin tamamına teklif esastır.
- 6- Hizmet içeren mal/hizmet alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
- 7- İdare mal/hizmet alımını gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.
- 8- Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
- 10- Teklif verme süresi 30/03/2026 Pazartesi günü saat 14:30'a kadardır. Teklif verme süresi içerisinde gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 11- Teklifler elden, posta, e-posta ve fax ile gönderilebilecektir. Postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.
- 12- Tekliflerin Birim fiyat teklif cetveline uygun olmaması halinde verilen teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 13- Mal/malzemeler siparişe müteakip 15 gün içerisinde Daire Başkanlığımıza teslim edilecektir.
- 14- Üniversitemiz e-fatura mükellefidir. Yüklenici firmalardan e-fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak keseceklerdir.

41

TIBBİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ**1)ELASTİK BANDA (6-8-10-12-15-20 cm) (10 ar Adet)**

1. Kırık çıkık ve burkulmaların sabitlenmesinde.
2. Yumuşak doku traksiyonlarında.
3. Adale yırtılmalarında ve lif kopmalarında.
4. Sportif travmalarda sabitleyici olarak kullanılmalıdır.

2) STERİL GAZLI BEZ TEKLİ PAKETLER 30x80 (500 Adet)

1. Steril gazlı bez pansuman malzemesi ve çok amaçlı olarak farklı uygulamalarda da kullanılmalıdır.
2. Gama ışıkları ile steril edilmelidir.
3. 20 tel olmalıdır.
4. Ürün steril paketlerde satışa sunulmalıdır.
5. Yüksek emici özelliğiyle olup hidrofil gazlı bezden imal edilmelidir.

3) İPEK FLASTER(5x5 - 5x2,5 - 5x10 cm) (1er Adet)

1. Kateter, Kanül, Yara Pedleri, Kompresler gibi tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılmalıdır.
2. Burkulma ve zorlanmalarda hareket önleyici görev yapmalı, Hassas ciltler için kullanılabilmelidir.
3. Uzun süre sabitleyebilen güçlü yapışkana sahip olmalıdır.
4. Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmamalıdır.
5. Enine el ile düzgün yırtılabilmelidir.
6. Hava geçirgen özellikte olmalı ve cildin hava almasını sağlamalıdır.

4)SARGI BEZİ(20 adet)

1. 10cmx10m boyutunda olmalıdır.
2. Sargı bezi pansuman malzemesini yara üzerinde tutmaya ve sabitlemeye uygun olmalıdır.
3. Yaralı bölgede gerektiğinde basınç uygulamaya ve bölgenin hareketini azaltmada kullanılabilir olmalıdır.
4. Her iki tarafı örgülü olarak üretilmiş olmalıdır.

5)SOĞUK KOMPRES (ANINDA COLD PACK) (300Adet)

1. Saniyede soğuk kompres(cold pack) özellikte olmalıdır.
2. Paket üstten sıkıldığında kendiliğinden soğuyacak özellikte olmalıdır.

6)TEK KULLANIMLIK NİTRİL ELDİVEN(M beden)(30 kutu)

1. Mor Nitril den üretilmiş Non Steril eldiven olmalıdır.
2. Tek kullanımlık pudrasız nitril eldiven uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır.
3. Hassasiyet ve koruma gerektiren işlerde kullanılma özelliğinde olmalıdır.
4. Labaratuvar analizleri,acil sağlık hizmetleri, gıda işlemleri, kimya endüstrisi, temizlik vb. işler için uygun olmalıdır.
5. Bir çok kimyasal ile çalışmaya olanak sağlamalıdır.
6. Alerji riski minimum olan nitril eldiven olmalıdır.
7. Elastik yapısı sayesinde, her iki elinizde uygun olmalıdır.
8. Gelişmiş el becerisi ve konfor sunmalıdır.

7)YARA PEDİ(20 adet)

1. Kendinden yapışkanlı olmalıdır.
2. 5 çarpı 7.5 ebatında olmalıdır.
3. Ortasındaki emici pedi yaraya yapışmamalıdır.
4. Emici pedi yaraya yapışmamalıdır.
5. Gözenekli yapıda cildin hava almasına izin verecek şekilde olmalıdır.
6. Esnek yapılı olmalıdır.
7. Tek tek ambalajlı olmalıdır.

8)ÜÇGEN SARGI BEZİ(15Adet)

1. Acil ilkyardım müdahalelerinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Kol kırıkları,burkulma,çıkık ve yaralanmalarda üçgen sargı ile tespit edilerek askıya alınmaya uygun olmalıdır.
3. Ürün ebatı 91,5cm *91,5cm*91,5cm olmalıdır.
4. Lateks içermemelidir.
5. Tek kullanımlık olmalıdır.
6. Cilde zarar vermemelidir.

9)ABESLANG TAHTA (DİL BASACAĞI) (3 KUTU)

1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Tahta olmalı, yanları ve yüzeyi pürüzsüz, tırtıksız, kokusuz ve temiz olmalıdır.
3. Uç kısımları oval olmalıdır.
4. Ağız ve boğaz muayenesinde kullanılmaya elverişli olmalıdır.
5. Yüzeyleri tahriş ve yaralanmaya neden olmayacak düzgünlükte olmalıdır.

6. Kullanırken kolay kırılmayan, çatlamayan malzemeden yapılmış olmalıdır
7. Uzunluk, cm ± 15 x Genişlik, cm $\pm 0,5$ 1.8 x Kalınlık, mm $\pm 0,3$ 1.5 En az 50 en fazla 200'lük ambalajlarda bulunmalıdır.
8. Her kutu güvenli depolama şartlarına haiz olacak şekilde suya ve neme dayanıklı paketlenmiş olmalıdır.

10)KİNESİO BANT(20 Adet)

1. İnce, kaliteli, pamuklu dokumadan üretilmiş olmalı ve cildin nefes almasına izin vermelidir.
2. İnsan derisi ve kas yapısına uyumlu (yaklaşık %130-%150, yani %50-70 oranında) esneme kabiliyetine sahip olmalı, ≤ 95 -100 pamuk ve %5 spandeks karışımı olmalıdır.
3. Hipoalerjenik, lateks içermeyen akrilik yapışkan olmalı, suya ve terlemeye dayanıklı yapıda tasarlanmalıdır.
4. "Fingerprint" (parmak izi) dokuma özelliği sayesinde deri altı dokularda dalgalanma (kaldırma) etkisi yaratabilmelidir.
5. Genellikle 5 cm genişliğinde ve 5 metre uzunluğunda rulo halinde olmalı, farklı renk seçenekleri (ten rengi, siyah, mavi, pembe) sunulabilmelidir.
6. Ciltte tahriş yapmadan 3 ila 5 gün kalabilmelidir.
7. Ağrı reseptörleri üzerindeki baskıyı azaltmak ve lenfatik drenajı desteklemek amacıyla deriyi hafifçe kaldırma mekanizmasına sahip olmalıdır.

11)ENJEKTÖR (5 cc -10cc)(1 er kutu)

1. Medikal sınıf, şeffaf, non-toksik ve pirojensiz PVC veya polipropilen malzeme.
2. Üç parçalı (gövde, piston, conta) ve iğne uçlu yapıda olmalıdır.
3. Etilen Oksit (EO) veya Gamma sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalı ve ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
4. Paslanmaz çelik, keskin, 30G-18G aralığında (ihtiyaca göre, örn: insülin için 13 ± 3 mm).
5. Negatif basınçta dahi hava veya sıvı kaçağı yapmamalıdır.
6. Piston hareketi rahat olmalı, kolay çekilmelidir.
7. Tekli, kağıt/film blister ambalajda olup, kolay açılabilir ve yırtıldığında sterilitiyi bozmayacak yapıda olmalıdır.
8. Ambalaj üzerinde CE işareti, LOT numarası, son kullanma tarihi (SKT) ve üretici bilgileri bulunmalıdır.
9. Teslim tarihinden itibaren en az 2-3 yıl miadı bulunmalıdır.