

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı :Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Doğrudan Temin Numarası :23DT842943
Malın Adı :Tıbbi Malzeme Alımı

Sıra No	A			B		İstekli Bilgileri
	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)	
1	Elastik Bandaj	adet	30			
2	Pamuk Rulo	rulo	1			
3	Steril Gazlı Bez	adet	100			
4	Yara Bandı	koli	5			
5	İpek Flaster	adet	6			
6	Sargı Bezi	adet	10			
7	Bez Flaster	adet	2			
8	Soğuk Kompres	adet	500			
9	Kan Şekeri Ölçüm Stribi	kutu	3			
10	Bilekten Ölçen Tansiyon Aleti	adet	1			
11	El Tipi Aneroid Tansiyon Aleti	adet	1			
12	Lateks Eldiven	kutu	2			
13	Acil Müdahale Çantası	adet	2			
14	Pil Bios Yuvarlak	adet	5			
15	İnce Kalem PİL	adet	20			
16	Batticon Solüsyon	litre	1			
17	Oksijenli Su	litre	1			
18	Soğutucu Sprey	adet	100			
19	Dezenfektan Solüsyon	litre	5			
20	Abeslang Tahta Dil Basacağı	kutu	2			
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)						

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER:

POSTA	Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi) İzmir Yolu 8.Km Merkez/UŞAK
E-POSTA	satinalmasks@usak.edu.tr
TEL-FAX	0276 221 22 09 (1435) - 0276 221 22 10 (Fax)
ELDEN	Uşak Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Satınalma Birimi) İZMİR Yolu 8.Km Merkez/UŞAK
AYRINTILI BİLGİ İÇİN	Bilgisayar İşletmeni Dilek Nilüfer ERDOĞAN

NOT:

- 1- Teklifler Türk Lirası (TL) cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.
- 2- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır. Kaşeli ve imzalı olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 3- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
- 4- Nakliye, hamaliye, işçilik, montaj vb. giderler yükleniciye aittir.
- 5- Mal/hizmetlerin tamamına teklif esastır.
- 6- Hizmet içeren mal/hizmet alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
- 7- İdare mal/hizmet alımını gerekçe göstermeksizin iptal etme hakkına sahiptir.
- 8- Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
- 10- Teklif verme süresi 17/08/2023 Perşembe günü saat 14:00'a kadardır. Teklif verme süresi içerisinde gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 11- Teklifler elden, posta, e-posta ve fax ile gönderilebilecektir. Postadan kaynaklanan gecikmeler kabul edilmeyecektir.
- 12- Tekliflerin Birim fiyat teklif cetveline uygun olmaması halinde verilen teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 13- Mal/malzemeler siparişe müteakip 25 Ağustos 2023 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Ömer Halisdemir Spor Tesisine teslim edilecektir.
- 14- Üniversitemiz e-fatura mükellefidir. Yüklenici firmalardan e-fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak keseceklerdir.



TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) ELASTİK BANDA (6-8-10-12-15-20 CM) (5 ER ADET)

- Kırık çıkık ve burkulmaların sabitletmesinde.
- Yumuşak doku traksiyonlarında.
- Adale yırtılmalarında ve lif kopmalarında.
- Sportif travmalarda sabitleyici olarak kullanılmalıdır.

2) PAMUK RULO(1 ADET)

- Hidrofil rulo pamuk 1kg nonsteril olmalıdır.

3) STERİL GAZLI BEZ TEKLİ PAKETLER 30X80 (100 ADET)

- Steril gazlı bez pansuman malzemesi ve çok amaçlı olarak farklı uygulamalarda da kullanılmalıdır.
- Gama ışıkları ile steril edilmelidir.
- 20 tel olmalıdır.
- Ürün steril paketlerde satışa sunulmalıdır.
- Yüksek emici özelliğiyle olup hidrofil gazlı bezden imal edilmelidir.

4) YARA BANDI (5 KOLİ)

- Steril yapışkanlı, hipoallerjenik ve hava geçirgen olmalıdır.
- Yaraya yapışmaz,sızıntıyı absorbe etmelidir.
- 10'luk kutularda sunulmalıdır.
- 200 koli içi adet olmalıdır.

5) İPEK FLASTER(5X5 - 5X2,5 - 5X10 CM) (2ŞER ADET)

Kateter, Kanül, Yara Pedleri, Kompresler gibi tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitletmesinde kullanılmalıdır.

Burkulma ve zorlanmalarda hareket önleyici görev yapmalı, Hassas ciltler için kullanılabilir.

- Uzun süre sabitleyebilen güçlü yapışkana sahip olmalıdır.
- Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmamalıdır.
- Enine el ile düzgün yırtılabilir.
- Hava geçirgen özellikte olmalı ve cildin hava almasını sağlamalıdır.
- X-Ray geçirgen olmalı, plaster ile röntgen çekimine uygun olmalıdır.

6) SARGI BEZİ (10 ADET)

- 10cmx10m boyutunda olmalıdır.
- Sargı bezi pansuman malzemesini yara üzerinde tutmaya ve sabitlemeye uygun olmalıdır. Yaralı bölgede gerektiğinde basınç uygulamaya ve bölgenin hareketini azaltmada kullanılabilir olmalıdır.
- Her iki tarafı örgülü olarak üretilmiş olmalıdır.

7) BEZ FLASTER (5X5 CM) (2ADET)

Tıbbi malzemelerin cilt üzerine sabitlenmesinde kullanılabilir özellikte olmalıdır. Burkulma ve zorlanmalarda hareket önleyici görev yapabilmelidir.

- %100 pamuklu dokumadan yapılmış olmalıdır.
- Uzun süre sabitleyebilen güçlü yapışkana sahip olmalıdır.
- Yapışkanı kullanım sonrasında atık bırakmayan özellikte olmalıdır.
- Enine el ile düzgün yırtılabilmelidir.
- Hava geçirgen ve cildin hava almasını sağlayabilecek özellikte olmalıdır.
- X-Ray geçirgen olmalı, plaster ile röntgen çekimine uygun olmalıdır.

8) SOĞUK KOMPRES (ANINDA COLD PACK) (500ADET)

- Saniyede soğuk kompres(cold pack) özellikte olmalıdır.
- Paket üstten sıkıldığında kendiliğinden soğuyacak özellikte olmalıdır.

9) ACCU-CHEK ACTIVE STRİP(3KUTU)

- Kan şekeri ölçümü ve bireysel kullanım için uygun olmalıdır.
- Accu-Chek Active cihazı ile birlikte kullanılmalıdır.

10)BİLEKTEN ÖLÇEN TANSİYON ALETİ (1 ADET)

- Tam otomatik bilekten ölçer özellikte olmalıdır.
- 28 Kayıt kapasiteli hafızaya sahip olmalıdır.
- Fuzzy logic ölçüm sisteminde olmalıdır.
- Ekonomik kullanım sağlamalıdır.



11) EL TİPİ ANEROİD TANSİYON ALETİ (1ADET)

- Alet avuç içinde kullanılabilir bir tipte dizayn edilmiş olmalıdır.
- Aletin manometre haznesi, gövdesi ve puar kaşığı nikel kaplama ve kromajlı olmalıdır.
- Aletin manometre gövdesi ile puar kaşığı tek parça olmalı ve puarın manometreye girişinde metal bir filtre (süzgeç) yer almalıdır.
- Aletin manometre kadran iğnesi, manometre haznesinin içi açılmadan, alet ile birlikte verilen ince bir ayar tornavidası ile dışarıdan hassas bir şekilde sıfıra ayarlanabilmeli ve hava verilirken titremeyecek bir yapıda olmalıdır.
- Aletin manometre çapı en az 48 mm, kadran üzerindeki rakamlar okunabilir ve ölçüm aralığı 0 ile 300 mmHg arasında olmalıdır.
- Aletin manometresinde, düşük basınçla çalışabilmesi için iki yumuşak hortumlu, membran teknolojisi ile imal edilmiş olmalıdır. Böylece birinci hortum puardan aldığı havayı kaf kesesine vermeli, ikinci hortum ise kesedeki havayı manometreye taşıyıp düşük basınçla manometreyi çalıştırarak manometrenin uzun ömürlü olmasını sağlamalıdır.
- Aletin hava musluğu bir vida ile sabitlenmiş olmalı ve bu sayede kullanım esnasında musluk sonuna kadar gevşetilse dahi yerinden çıkmamalıdır.
- Aletin manşet dış bezi dayanıklı kumaştan yapılmış ve kancalı tipte olmalıdır.
- Manşet dış bez ölçüleri 49×14 cm (+/- 1 cm) olmalı ve steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır.
- Manşet iç lastik ölçüleri 12X24.5 cm (+/- 1 cm) olmalıdır.
- Manşet iç lastiği, puar ve hortumları vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı, hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir.
- Aletin hava hortumlarının, gövdeye bağlantısı luer kilitli tip konnektörler ile yapılmalıdır.
- Alet, dayanıklı suni deriden yapılmış, üzerinde markası bulunan çantası ile birlikte verilmelidir.

- Alet, orijinal karton kutusu içerisinde verilmeli, kutu üzerinde marka ve modeli ile üretici ve ithalatçı firması yazılı olmalıdır.
- Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.
- Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında olmalıdır.
- Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

12) LATEKS ELDİVEN (2KUTU)

- Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- Allerjik olmamalıdır.
- Kolay yırtılır ve kolay kopar olmamalıdır.
- Ambalajı kolay açılır ve açma noktası olmalıdır.
- İstenilen numaralara uygun ebatta olmalıdır.
- Kolay giyilebilir olması için alerjik olmayacaktır.
- Beyaz renkli olmalıdır.
- Yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
- En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

13) ACİL MÜDAHALE ÇANTASI (2 ADET)

1. 54 x 36 x 27 cm (± 2 cm) ölçülerinde olmalıdır.
2. Çanta kırmızı, mavi veya turuncu renkte olmalıdır. istenildiğinde aynı alımda farklı renkler talep edilebilmelidir.
3. Acil Müdahale Çantası fonksiyonel olmalı, gövde üzerinde 5 adet dış cep bulunmalıdır. Ceplerin 4'ü yanlarda, 1'i kapağın üstünde olmalıdır. Yan cepler reflektör şerit ile çevrelenmiş olmalıdır.
4. Cepler fitil ile çevrelenmiş olmalıdır.
5. Büyük cep üzerinde 30 x 4 cm uzunluğunda cırtlı bant olmalıdır. Kurum adı buraya yapıştırılabilmelidir.
6. Kapak cebinin üzerinde fermuarlı şeffaf dosya- evrak bölmesi olmalıdır.
7. Çanta içinde muhafaza edilen malzemeleri korumak için darbe emici malzeme kullanılmış olmalıdır.

8. Cırtlı seperatörler ile çanta içi bölünebilmelidir.
9. Çanta elde ve omuzda taşımaya uygun olmalıdır.
10. Ürün CE belgeli olmalıdır.

14) PİL BİOS YUVARLAK (5 ADET)

- 3 volt olmalıdır.
- Boyutu CR 2032 olmalıdır.
- Lityum olmalıdır.
- Sızıntı ve akıntı yapamamalıdır.
- Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

15) İNCE KALEM PİL (20 ADET)

- AAA ince kalem pil özelliğinde olmalıdır.
- 1.5V Alkalin pil özelliğinde olmalıdır.
- 10.5x44.5 mm ölçülerinde olmalıdır.
- Tıbbi cihazlarda kullanılacağı için birinci sınıf olmalıdır.
- Tıbbi cihazı uzun süre çalıştırmalı cihaza zarar vermemelidir.

16) BATTICON SOLÜSYON (1 LİTRE)

- Ürün, cilt antisepsisi amacıyla kullanılacaktır.
- Ürün, %7.5-10 oranında povidon iodine içermelidir.
- Ürün, kullanıma hazır olmalıdır.
- 1litrelik ambalajlarda olmalıdır.

17) EAU OXYGENE (OKSİJENLİ SU) (1LİTRE)

1 lt lik ambalajında Türk farmakopesine göre imal edilmiş olmalıdır.

18) SOĞUTUCU SPREY (100 ADET) (400ML.)

- Soğutucu özelliğe sahip spreylere sahip olmalıdır.
- Chloroethyl 400ml'lik aerosol spreylere halinde olmalıdır.
- Spor hekimliğinde ve topik olarak yüzeyin soğutulmasının istendiği durumlarda kullanılmalıdır.

19) DEZENFEKTAN SOLÜSYONU (5LİTRE)

- Ürün alkol bazlı olmalı, alkol içeriği en az % 60 2-propanol içermeli veya %70

(Handwritten signature)

ve üzeri etil alkol olmalı, bununla birlikte etkinlik süresini arttırıcı yardımcı etken maddeler içermelidir.

- Ürün aldehit, kuarterner amonyum bileşiği, klorheksidin, klor, fenol ve türevlerini içermemelidir.
- Ürün pH'sı $5 \pm 0,5$ olmalıdır.
- Alkolün cinsi miktarı, konsantrasyonu, ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
- Kuru el temizliği şeklinde, sıvı formda kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
- Ürün geniş spektrumlu olup en geç 30 sn içinde etkin el antiseptisi sağlamalıdır.
- Toksik ve iritan olmamalı, dermatolojik olarak test edilmiş olmalıdır.
- Ürünün mikrobiyolojik aktivite belgesi, etkinlik raporları teklife eklenmelidir.
- Ellerde tahriş yapmamalı bu amaçla yumuşatıcı-koruyucu madde içermelidir.
- Kokusuz veya hoş kokulu olmalıdır.
- Masa üstü kullanıma uygun olmalı
- 1000 ml'lik ambalajlarda verilmelidir.
- Ürün hazır pompa aparatı takılı teslim edilmelidir.
- Raf ömrü uzun olmalıdır (en az 2 yıl).
- Ürünler için Sağlık Bakanlığında üretim izin belgesi (Biyosidal Ürün Ruhsatnamesi) olması gerekmektedir ve bu belge teklif ekine eklenmelidir.
- Her bir ambalajın üzerinde barkot okuyucuların okuyabileceği UBB Barkodu bulunmalıdır.

20) **ABESLANG TAHTA (DİL BASACAĞI) (2 KUTU)**

- Tek kullanımlık olmalıdır.
- Tahta olmalı, yanları ve yüzeyi pürüzsüz, tırtıksız, kokusuz ve temiz olmalıdır.
- Uç kısımları oval olmalıdır.
- Ağız ve boğaz muayenesinde kullanılmaya elverişli olmalıdır.
- Yüzeyleri tahriş ve yaralanmaya neden olmayacak düzgünlükte olmalıdır.
- Kullanırken kolay kırılmayan, çatlamayan malzemedan yapılmış olmalıdır
- Uzunluk, cm ± 1 15 x Genişlik, cm $\pm 0,5$ 1.8 x Kalınlık, mm $\pm 0,3$ 1.5 En az 50 en fazla 200'lük ambalajlarda bulunmalıdır.
- Her kutu güvenli depolama şartlarına haiz olacak şekilde suya ve neme dayanıklı paketlenmiş olmalıdır.

Fatma GÖN
Hemşire
Jalmar

J